



CERT

DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0630BQ0550

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Anschlussssichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
Hersteller <i>manufacturer</i>	KODRA GmbH & Co. KG Bruno-Jacoby-Weg 9, D-70597 Stuttgart (Degerloch)
Vertreiber <i>distributor</i>	KODRA GmbH & Co. KG Bruno-Jacoby-Weg 9, D-70597 Stuttgart (Degerloch)
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für medizinische Anwendungen (0630)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Steckbecken-Spülapparat
Modell <i>model</i>	Modell E
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 4-0033/223 vom 26.09.2023 (TZW) Baumusterprüfung: FA 035/15 vom 21.10.2015 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

Ablaufdatum / AZ 25.11.2024 / 23-0703-WNA
date of expiry / file no.

70208-04-A-DE

27.10.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Modell E	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AB)	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-0304BR0024	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	Silikon 4305/Silikon 4305	Lindner Armaturen GmbH
DW-0309BT0079	Schläuche für zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser	AQUAPAL/AQUAPAL	ContiTech Schlauch GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: 3/4"

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.
Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.