



**CERT**

# DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

## DVGW CERT Conformity Certificate

**AS-0630CQ0429**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Anschlussichere Produkte für das Trinkwassernetz <i>products for safe connection to the water supply</i>
<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>	KODRA GmbH & Co. KG Bruno-Jacoby-Weg 9, D-70597 Stuttgart (Degerloch)
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	KODRA GmbH & Co. KG Bruno-Jacoby-Weg 9, D-70597 Stuttgart (Degerloch)
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für medizinische Anwendungen (0630)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Ausguss mit Wasservorhaltebehälter
<b>Modell</b> <i>model</i>	Modell S
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 29.11.2019 (TZW) Kontrollprüfung Labor: vom 28.09.2017 (TZW) Baumusterprüfung: FA 038/15 vom 21.10.2015 (TZW) Hygiene: Z-340801-21-Hy112 vom 26.02.2021 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 540-VP (01.08.2010)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

**Ablaufdatum / AZ** 21.10.2024 / 21-0859-WNV  
*date of expiry / file no.*

02.02.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Modell S	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AB)	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
DW-0304BR0024	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	Silikon 4305/Silikon 4305	Lindner Armaturen GmbH

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Anschlussart: 3/4"

Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.

Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.